

調達物品の名称 簡易陰圧装置 一式

調達物品の構成

1 簡易陰圧装置 FSP-01 一式

2 障害支援体制等

3 その他

3-1 教育体制

3-2 説明書・マニュアル

1 簡易陰圧装置 一式

1-1 簡易陰圧装置について、以下の要件を満たすこと

1-1-1 室内を陰圧に保つための機能を有すること。

1-1-2 本体サイズは幅 3 6 0 ×奥行き 3 3 0 ×高さ 1, 1 3 5 mm以下であること。

1-1-3 UV－C波長帯の紫外線ランプが2本以上内蔵されていること。

1-1-4 脱臭フィルターを内蔵していること。

1-1-5 HEPAフィルターを内蔵していること。

1-1-6 HEPAフィルターに紫外線を照射する機能を有すること。

1-1-7 陰圧・換気回数を確保するため、最大処理風量が 1 1.0 m<sup>3</sup>/m i n 以上であること。

1-1-8 フィルタや紫外線ランプの交換時期をお知らせする機能を有すること。

1-1-9 空調負荷軽減のため、室内の空気の一部を循環できる機構を有すること。

1-1-10 過電流防止機能や異常検出機能を有すること。

1-1-11 重量は 1 5 K g 以下であること。

1-1-12 装置下部にキャスタが付いていること。

2 障害支援体制

2-1 保守、障害時支援体制に関し、以下の要件を満たすこと。

2-1-1 通常の使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制を有すること。

2-1-2 通常の使用により故障が発生した場合、納入検査確認後 1 年間は無償で修理又は交換を行なうこと。

2-1-3 障害時において復旧のため夜間、休日を含め通報を受けてから 48 時間以内に専門の技術者が現場にて、復旧に着手できる体制を有すること。

3        その他

3-1        教育支援体制について、以下の要件を満たすこと。

3-1-1      教育支援体制を確立し、精通したサービスマンによる指導が行えること。

3-1-2      取り扱い説明に関する教育訓練は本院が指定する日時、場所で行なうこと。

3-2        マニュアルについて、以下の要件を満たすこと。

3-2-1      操作マニュアルは各機器について、日本語版を機器 1 台あたり 1 部提供すること。